

技术参数

使用科室：郑州市中医院内镜室

设备名称	电子十二指肠镜	预算单价(万元)	61
质量层次	进口	数量	1条
是否与医院现有设备配套使用(配套使用设备品牌及型号):是(OLYMPUS 260主机配套使用)。			
设备配置要求及用途:			
具体技术参数:			
总体要求:			
*1. 视野角: $\geq 100^\circ$			
2. 视野深度: $\leq 5-60\text{mm}$			
*3. 视野方向: 后方斜视 105°			
4. 弯曲角度: 向上 $\geq 120^\circ$, 向下 $\geq 90^\circ$ 向左 $\geq 90^\circ$, 向右 $\geq 105^\circ$			
5. 先端部外径: $\leq 13.6\text{mm}$			
6. 插入部外径: $\leq 11.3\text{mm}$			
*7. 活检孔内径: $\geq 4.10\text{mm}$			
8. 有效长度: $\geq 1240\text{mm}$			
9. 最小可及距离: 距先端部 10mm			
*10. 必须与医院现有奥林巴斯 260 主机兼容			

产品配置清单表

产品名称	品牌性质	单位	数量
电子十二指肠镜	原装进口	条	1